


附件 2:

“新平县中医医院电子肠镜采购项目”单一来源采购论证


会议专家论证意见表

时间: 2026年06月02日

所属具体情形	《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(云财采(2018)18号)第二条第(一)款第7项;
采购单位	新平彝族傣族自治县总医院
项目名称	新平县中医医院电子肠镜采购项目
项目预算金额	¥385000.00元
专家1论证意见	专家姓名: 马红银; 工作单位: 玉溪市第二人民医院 职称: 高级工程师 详见附件1
专家2论证意见	专家姓名: 唐海元; 工作单位: 玉溪市人民医院 职称: 高级工程师 详见附件2
专家3论证意见	专家姓名: 刘艳; 工作单位: 玉溪市中医医院 职称: 主任技师 详见附件3
综合论证意见	<p>新平彝族傣族自治县总医院拟采购一条电子治疗肠镜用于临床诊疗, 需与医院现有设备Olympus CV-290主机完全兼容及配套使用, 完善医院消化内镜中心硬件配置, 拟采购的产品技术参数、诊疗功能、光学成像技术具有不可替代性, 需由奥林巴斯原厂或其授权代理商、授权经销商进行采购。玉溪汇通医疗科技有限公司为奥林巴斯授权经销商, 需由玉溪汇通医疗科技有限公司完成本次项目,</p> <p>该情形符合《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(云财采(2018)18号)第二条第(一)款第7项“只能由特定供应商制造或者提供货物和服务, 且不存在任何其他合理的选择或替代情况的其他情况。”</p> <p>专家组一致建议采用单一来源的采购方式向玉溪汇通医疗科技有限公司进行采购。</p> <p>专家组签字: </p> <p>论证日期: 2026年06月02日</p>

附件 1


单一来源采购方式专业人员论证意见

<p>专业人员信息</p>	<p>姓名：马红银</p>
<p></p>	<p>职称：高级工程师</p>
<p></p>	<p>工作单位：玉溪市第二人民医院</p>
<p>项目信息</p>	<p>项目名称：新平县中医医院电子肠镜采购项目</p>
<p>专业人员论证 意见</p>	<p>本次拟采购的产品是在原奥林巴斯 CV290胃 肠镜增加一条肠镜，为保证产品的匹配性 和安全性，也节约采购成本为目的。 该项目符合云财采[2018]18号文件第二章第(一) 款第7项：“只能由特定供应商制造或者提供 货物和服务，且不存在任何其他合理的选择或替 代的其他情况。” 玉溪汇通医疗科技有限公司是奥林巴斯(北京) 销售服务有限公司的合法授权经销商，全权 代理销售该采购产品。 建议该项目采用单一来源采购方式向玉溪汇通 医疗科技有限公司采购。</p>
<p>专业人员签字</p>	<p></p>
<p></p>	<p>日期：2026年06月02日</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：唐海元	
	职称：高级工程师	
	工作单位：玉溪市人民医院	
项目信息	项目名称：新平县中医医院电子肠镜采购项目	
专业人员论证意见	<p>为更好满足新平县总医院西院区胃肠室的临床治疗需求，完善该院消化内镜中心设备配置，提升消化道疾病（如结直肠病变）的早期筛查与诊断能力，拟采购一台电子治疗肠镜用于临床治疗，因该院现有设备Olympus CV-290主机完全兼容及配套应用，<del>而</del>拟采购的品牌产品技术成熟、治疗功能、光学成像技术具备不可替代性，需向奥林巴斯原厂或其授权代理商、授权经销商进行采购，</p> <p>综上所述，建议采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字		日期：2026年06月02日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘艳	
	职称：主任技师	
	工作单位：玉溪市中医医院	
项目信息	项目名称：新平县中医医院电子肠镜采购项目	
专业人员论证意见	<p>本项目拟采购的电子肠镜，基于新平县中医医院现有设备olympus cv-290主机完全兼容及配套使用，符合云政采〔2018〕18号第二条第（一）款第7项“只能由特定世道商或者制造商提供货物和服务，且不存在任何其他合理的选择或替代情况”的其他情况。玉溪江通医疗科技有限公司为奥林巴斯（北京）销售服务有限公司广州分公司的授权经销商。</p> <p>综上所述，建议采用单一来源采购方式从玉溪江通医疗科技有限公司进行采购。</p>	
专业人员签字	刘艳	日期：2026年06月02日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。